

# TROLL® シールドノーズコーン

Catalog Number 0081480

## 製品概要

シールドノーズコーンはLevel TROLL, Aqua TROLLの圧力センサーに付着する大小の汚れを低減させるために設計されています。センサーの汚れを低減させることは計測精度の向上や計測器の設置期間を延ばすことに繋がります。

## 使用対象

- ・Level TROLL-300,500,700
- ・Aqua TROLL-200

最適な性能を発揮させるため、交換時期は12ヶ月毎です。

## 取扱説明

1. 使用中のノーズコーンを取り外します。



2. 圧力センサー部分が泥で詰まっている場合、以下のことを行ってください。
  - ・センサー先端部分を静かにきれいな水の入ったコップに沈め、ゆっくり洗い流してください。
  - ・センサー本体外側から、柔らかいブラシで詰まっている穴をクリーニングしてください。
  - ・硬い付着物を除去するために、調理用の酢などの弱酸性溶液に一昼夜浸してください。その後、静かに水で濯いでください。このとき、本体を完全に水中に沈めないでください。
3. しっかりと、シールドノーズコーンを固定してください。



## その他のアクセサリ

Aqua TROLL-100,200用  
シールドアンチファウリングガード .....0085190

**!** ノーズコーンを外すと、圧力センサーの測定部を保護する物が完全に無い状態になります。センサー部分を決して触らないでください。故障の原因になります。

**!** 圧力センサー測定部分のダメージを防ぐために、決して異物を入れたり、泥を除去するためにセンサー表面を開けないでください。掘り起こしたり、センサー表面を開けたことによるダメージは保証対象外となります。